

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "СамараТест"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C02268

Срок действия с 03.02.2022 по 02.02.2025

№ 1302993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест».
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара,
улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл.,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79.
Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по
сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Датчики–сигнализаторы ДАТ-М
Технические условия ИБЯЛ.413216.044 ТУ
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
26.51.53.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012,
ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012,
ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018 (уровень полноты безопасности SIL2)


код ТН ВЭД
9027 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное
объединение «Аналитприбор»
Юридический адрес: 214031, Россия, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3
ИНН: 6731002766

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское
производственное объединение «Аналитприбор»
Юридический адрес: 214031, Россия, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3
Телефон: (4812)-31-12-42. E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru
ИНН: 6731002766



НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 173-22/01 от 31.01.2022 года, выданного испытательным
центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-
производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия